

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA – Príloha č. 1

<b>Zmrazovací mikrotóm (v počte 1 ks)</b>		
<b>Názov a typové označenie prístroja: CM1860UV</b>	<b>Áno/Nie</b>	<b>Poznámka Konkrétny parameter</b>
<b>Účel a použitie prístroja</b>		
Vysokovýkonný kryostat so zabudovaným mikrotómom a oddeleným chladením vzoriek, s dezinfekčným systémom. Zmrazuje vzorky na - 20 °C a viac stupňov.	Áno	
<b>Minimálne technické požiadavky</b>		
Manuálny typ krájania	Áno	
Rozsah krájania min. 1 – 100 µm	Áno	
Krájanie min. od 1 – 5 µm po 0,5 µm, od 5 – 20 µm po µm, od 20 – 60 µm po 5 µm, od 60 – 100 µm po 10 µm	Áno	
Vertikálny zdvih min. 59 mm	Áno	
Horizontálny posun min. 25 mm	Áno	
Hrubý elektrický posun vzorky – pomalý min. 600 µm/s	Áno	
Hrubý elektrický posun vzorky – rýchly min. 900 µm/s	Áno	
Orientácia vzorky +- 8 ° (osa X, Y)	Áno	
Rozsah teplôt komory 0°C až -35 °C +- 5K, nastaviteľné po 1 K	Áno	
Čas chladenia na -35° C – cca 6 hod.	Áno	
Automatické (programovateľné) chladenie	Áno	
Interval odmrazovania 1 x 24 hod. alebo manuálne	Áno	
Doba odmrazenia max. 12 min.	Áno	
Rýchlo mraziaci pult na vzorky	Áno	
Teplota Peltierovho článku min. -52° C	Áno	
Certifikovaná UVC dezinfekcia	Áno	
Filtračný systém	Áno	
Antibakteriálny povrch – ochrana striebrom, Ag protect nanosilver	Áno	
Počet mraziacich pozícií min. 8	Áno	
Intuitívny kontrolný panel	Áno	
Ovládanie membránovými tlačidlami	Áno	
Zobrazovanie teplôt pomocou LED diód	Áno	
Uchytenie noža	Áno	
Držiak nízko a vysoko-profilových žiletiek	Áno	
Efektívnejšie nastavovanie sklenenej platničky, pod ktorú sa rezy ukladajú. Požaduje sa, aby sa platnička nemusela opakovane nastavovať, nakoľko neustále nastavovanie zdržuje rýchle vybavenie peroperačnej biopsie.	Áno	

# Cenová ponuka 710200017

Dodávateľ:

**baria**

Baria s.r.o.  
Rostovská 22  
831 06 Bratislava - Rača  
IČO: 47131241  
DIČ: SK2023803661

Vypracoval:

MVDr. Petrušová Lenka  
Key Account Manager  
+421948633493  
[lpetrusova@baria.sk](mailto:lpetrusova@baria.sk)

**Pre:**  
Daňová Ľubica

tel: +421908492767  
e-mail: [singliar@donsp.sk](mailto:singliar@donsp.sk)

**Odberateľ:**  
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  
Nemocničná 1944/10  
026 14 Dolný Kubín

IČO: 00634905  
DIČ: 2020563754 IČ DPH: SK2020563754

## Položky dokladu:

P.č.	Kat. č.	Množstvo	Názov produktu	J. cena bez DPH	Zľava %	J. cena bez DPH po zľave	Cena celkom bez DPH po zľave	DPH %	Cena celkom s DPH
1	1491860UVEU	1,00	Leica CM1860 UV Configuration EU	19 600,00		19 600,00	19 600,00	20	23 520,00
		1,00					19 600,00		23 520,00

Celkom v EUR

23 520,00

Táto cenová ponuka je platná iba v prípade uvedenia kódu **710200017** na objednávku.

Dátum vystavenia: 18.11.2020

Platnosť ponuky do: **31.12.2020**

Strana 1/1

