

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA – Príloha č. 1

Lôžka pre oddelenie COVID (v počte 20 ks)		
Názov a typové označenie nemocničného lôžka: FBET-P	Áno/Nie	Poznámka Konkrétny parameter
Opis predmetu zákazky		
Predmetom verejného obstarávania je nákup nových a nepoužívaných lôžok (20 ks) pre oddelenie COVID, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenie personálu.	-	-
Minimálne technické požiadavky		
4-dielna ložná plocha, min. 200 x 85 cm	áno	200x85cm
Nosnosť min. 250 kg	áno	250 kg
Mechanizmus lôžka umožňuje polohovať pacienta do špeciálnych polôh Trendelenburg a Antitrendelenburg	Áno	
Antidekubitná funkcia – súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom (autokontúra)	Áno	
Antidekubitná funkcia – autoregresia chrbtového dielu	Áno	
Elektricky zdvih ložnej plochy (nastaviteľná výška)	Áno	400 – 800 mm
Ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a minimálne s týmito predprogramovanými polohami: CPR a Trendelenburg	Áno	
Ovládač pre pacienta – polohovanie výšky ložnej plochy, chrbtového a stehenného dielu	Áno	
Bočné čelá lôžka – ochrana pacienta proti pádu, ¾ kovové bočnice	Áno	Kovové sklopné bočnice dlhé 75% dĺžky lôžka
Celoplastové čelá zabezpečené zámkami proti náhodnému vytiahnutiu, s farebnými výplňami v rôznych farbách	Áno	Možnosť výberu z 3 farieb
4 pojazdové kolieska (antistatické) s 5 kolieskom pre lepšiu a ľahšiu manipuláciu a jazdu s lôžkom	Áno	
4 rohové ochranné protinárazové kolieska	Áno	
Záložná batéria	Áno	
Držiaky v oblasti čiel na hrazdu, infúzny stojan a pod. + bočné držiaky	Áno	V rohoch lôžka, DIN lišta
Antidekubitný 3-vrstvový matrac - nosnosť 200 kg, 3 vrstvy, paropriepustný, vodeodolný potah, min. CRIB 5 (potah), min. III. stupeň antidekubitného charakteru matraca	Áno	
Príslušenstvo: infúzny stojan, teleskopický do držiakov na lôžku, nerezový košíček na infúzne fľaše, lakovaný držiak koša na bažanta do držiakov na lôžku,	áno	Infúzny stojan, 1x nerezový košík 0081N, držiak fľaše na moč 00083

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ja dolu podpísaný, čestne vyhlasujem, že spĺňame vyššie uvedené technické požiadavky na dodanie nemocničných lôžok v počte 20 ks pre DONSp Dolný Kubín.

V Uzovce, dňa 21.1.2021



Konateľ, štatutár a pečiatka