

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia

Názov a číslo verejného obstarávania:	Dodávky hemokultivačných liekoviek s výpožičkou analytického systému, pod č. I/8-VO-1-13/2021
Obchodný názov:	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo:	Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO:	00634905
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa:	PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng.
E-mail:	<a href="mailto:mintal@donsp.sk">mintal@donsp.sk</a>

Obchodné meno:	Bio G, spol. s r.o.
Sídlo:	Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava
IČO:	34 123 415
Platca DPH:	Áno
Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať:	Ing. Dagmar Berkešová

Názov a typové označenie prístroja	Účel a použitie prístroja
BD Bactec FX40	Diagnostický prístroj pre oddelenie klinickej mikrobiológie.

P.č.	Technická špecifikácia analyzátora	Hodnota technického parametra	Áno	Nie	Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
1.	Kapacita hemokultivačného systému (kultivačných pozícií)	min. 20 a max. 120	Áno		40
2.	Zvuková a svetelná signalizácia pozitívnej vzorky		Áno		
3.	Možnosť nastaviť dĺžku protokolu pre každú jednotlivú vzorku		Áno		
4.	Možnosť kultivovať hemokultivačné médiá aeróbne, anaeróbne, lytické anaeróbne, detské, selektívne médiom na kvasinky, ale aj kombinované hemokultivačné liekovky na baktérie a kvasinky spoločne		Áno		
5.	Možnosť zapojiť systém do LIS		Áno		
6.	Možnosť modulárneho dobudovania systému na zvýšenie kapacity		Áno		
7.	Ovládanie v slovenskom jazyku, popri prípade v českom jazyku		Áno		
8.	Záložný zdroj		Áno		
9.	Software dátum a čas vloženia, dátum a čas označenia hemokultivačnej liekovky ako pozitívna alebo negatívna, grafické znázornenie rastovej aktivity mikroorganizmov		Áno		

V Bratislave dňa 01.07.2021

Ing. Dagmar Berkešová, "v.r."