

Kúpna zmluva č. 1/2025/T

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ďalej uvedený deň
(ďalej len „**kúpna zmluva**“)

Obchodné meno:	NIMAG. spol. s r.o.
Sídlo:	Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Ľubomír Magula, konateľ spoločnosti
IČO:	31337775
DIČ:	2020343391
IČ DPH:	SK2020343391
Bankové spojenie:	[REDAKOVANÉ]
IBAN:	[REDAKOVANÉ]
E-mail :	[REDAKOVANÉ]
Tel. kontakt:	[REDAKOVANÉ]
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia:	Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 3951/B

ako predávajúci na strane jednej

a

Názov:	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo:	Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Štatutárny orgán:	PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice
IČO:	00634905
DIČ:	2020563754
IČ DPH:	SK2020563754
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK61 8180 0000 0070 0048 1029
E-mail:	mintal@donsp.sk
Tel. kontakt:	043/5801208
Právna forma:	Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja

ako kupujúci na strane druhej

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

- I.1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaral tovar na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon ZVO**“). Účelom tejto zmluvy je dodanie **Operačných lúčnych vlnových diódových svetiel v počte 2 ks** (ďalej aj ako „**tovar**“) vrátane poskytnutia všetkých činností súvisiacich s jeho dodaním a inštaláciou.

- I.2. Táto kúpna zmluva je výsledkom prieskumu trhu v súlade so zákonom ZVO s názvom predmetu zákazky „**Operačné lampy**“, pod číslom: 8/2025/PT medzi kupujúcim, ktorý je verejným obstarávateľom a predávajúcim, ktorý je úspešným uchádzačom.

II. Predmet plnenia

- II.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, a to „**Operačné lampy v počte 2 ks**“ špecifikovaný v **Prílohe č. 1** a **Prílohe č. 2** tejto zmluvy (ďalej len „**predmet plnenia**“), vrátane všetkých súvisiacich príslušenstiev a komponentov v rozsahu podrobne vymedzenom v špecifikácii podľa opisu predmetu zákazky k prieskumu trhu.
- II.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu II.1. tohto článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú plniť povinnosti podľa tejto zmluvy.
- II.3. Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním) dodaného tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: 1x vyhlásenie o zhode, 1x návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku v elektronickej podobe, 1x návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku v tlačenej podobe, 2x dodací list alebo preberací protokol, 2x inštalačný protokol, 2x protokol o zaškolení a 2x faktúra.

III. Kúpna cena a spôsob platby

- III.1. Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, takto:

Cena bez DPH: 34 250,75 €

DPH 23 %: 7 877,67 €

Cena celkom s DPH: 42 128,42 €

Slovom: štyridsaťdvatisícstodvadsaťosem eur a štyridsaťdva centov s DPH

- III.2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez závad. V kúpnej cene uvedenej v bode III.1. tohto článku je zahrnuté: cena tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov a príslušná technická a sprievodná dokumentácia.
- III.3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- III.4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy po úplnom dodaní predmetu zmluvy a splnením všetkých povinností predávajúceho podľa tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že **splatnosť faktúry je 60 dní** od jej doručenia na adresu sídla kupujúceho.
- III.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru, pokiaľ obsahuje zlé cenové údaje alebo neobsahuje niektorú zo zákonom predpísaných náležitostí.

IV. Dodanie tovaru

- IV.1. Predávajúci je povinný vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu plnenia najmenej 3 pracovné dni pred dodaním tovaru. Kontaktnou osobou je **Ing. Dáša Smoleňová**, technik TO, tel. 043/580499, smolenova@donsp.sk.
- IV.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať a inštalovať tovar do **60 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, do priestoru určeného kupujúcim na adrese: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín.
- IV.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ bude predávajúci v omeškaní s odovzdaním predmetu plnenia po dobu dlhšiu ako 10 dní.
- IV.4. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú nutné prevzatiu a užívaniu prístrojov.
- IV.5. Zmluvné strany spíšu o priebehu a výsledku odovzdania a prevzatia tovaru Preberací protokol, ktorý bude obsahovať špecifikáciu tovaru, miesto a dátum odovzdania tovaru. Prílohou preberacieho protokolu bude Inštalačný protokol a Protokol o zaškolení.
- IV.6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ak sa na ňom alebo na jeho časti bude vyskytovať vada. Kupujúci je taktiež oprávnený odmietnuť prevziať tovar v prípade, ak sa ukáže, že prehlásenia predávajúceho sú nepravdivé. Tovar sa považuje za dodaný a záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim bez závad.
- IV.7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom prevzatia tovaru.

V. Reklamácia tovaru, vady tovaru

- V.1. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá zodpovedá tejto zmluve a účelu dodania, právnym predpisom a príslušným technickým normám.
- V.2. Vada, ktorá ma za následok porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie neúplnosťou dodávaného tovaru, nefunkčný tovar alebo jeho časť, právne vady alebo tovar nespĺňa proklamované hodnoty technických parametrov tovaru.
- V.3. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na 2 roky; táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Inštalačného protokolu.
- V.4. Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení.
- V.5. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na tovar počas desiatich (10) rokov od ukončenia výroby posledného zhodného typu tovaru tvoriaceho predmet plnenia podľa tejto zmluvy.
- V.6. Počas záručnej doby sa servisný technik predávajúceho dostaví na opravu tovaru do 48 hodín od nahlásenia vady tovaru/poruchy. Nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na mieste dodania. Predávajúci zabezpečí opravu tovaru t.j. jeho plné sfunkčnenie maximálne do 2 pracovných dní od nahlásenia vady/poruchy. V prípade neodstrániteľnej chyby do 72 hodín, bezplatné zapožičanie prístroja rovnakej kvality alebo vyššej kvality.

VI. Sankcie

- VI.1. V prípade nedodržania podmienok plnenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho si môže

kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,5 % z hodnoty kúpnej ceny tovaru s DPH za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

- VI.2. V prípade, že nedôjde k odstráneniu poruchy alebo predávajúci neposkytne prístroj na zapožičanie rovnakej kvality alebo vyššej kvality, môže kupujúci žiadať pokutu do 0,5 % z kúpnej ceny tovaru s DPH za každých 24 hodín až do odstránenia poruchy.
- VI.3. V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny omeškanej časti platby s DPH za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
- VI.4. Uplatnením sankcií podľa tohto článku, konkrétne bodu VI.1. a VI.2. nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody.

VII. Záverečné ustanovenia

- VII.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku.
- VII.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o verejnom obstarávaní ako aj ďalšími predpismi platnými v Slovenskej republike.
- VII.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenej pri podpísaní zmluvy.
- VII.4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží predávajúci a dve vyhotovenia kupujúci.
- VII.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: **Príloha č. 1 – Cenová ponuka a technická špecifikácia a Príloha č. 2 – Cenová ponuka a technická špecifikácia.**
- VII.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- VII.7. Zástupcovia zmluvných strán záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k zmluvným prejavom a záväzkom v mene účastníka tejto zmluvy identifikovaného v jej záhlaví. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutými podmienkami súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Podpisy nasledujú na ďalšej strane.

Predávajúci

V Bratislave, dňa 23.07.2025

Kupujúci

V Dolnom Kubíne, dňa 24.07.2025

Ing. Ľubomír Magula

Konateľ
„v.r.“

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng.

Riaditeľ nemocnice
„v.r.“

Príloha č. 1 - Cenová ponuka a technická špecifikácia - operačná lampa pre ortopedické operačné sály

Názov a číslo prístroja:	Operačná lampa, pod č. 8/2025/PT		
Obchodný názov:	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého, Dolný Kubín	Obchodný názov:	Nimag spol. s r.o.
Sídlo:	Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín	Sídlo:	Prievozská 4/B, Bratislava
IČO:	00634905	IČO:	31337775
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa:	PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng.	Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať:	Ing. Lubomír Magula
E-mail:	obstaravanie@donsp.sk	Platba DPH:	Áno / SK2020343391

Miesto plnenia:		CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY						
P.č.	Názov položky	Obchodný názov ponúkaného tovaru (názov a typové označenie prístroja)	Memá Jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Operačná lampa pre ortopedické operačné sály	Evollight 600/600	ks	1	17 969,00 €	17 969,00 €	23%	22 101,87 €
Celková cena za operačnú lampu na centrálné ortopedické operačné sály bez DPH a s DPH						17 969,00 €		22 101,87 €


P.č.	Technická špecifikácia	Hodnota technického parametra	Áno/Nie	Hodnota (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
1	Dvojamenná operačná lampa pre nízky strop s možnosťou rozšírenia o tretie rameno			
2	Hlava lampy pre hlavné svetidlo so svietivosťou	min. 160 000 lux	Áno	160 000 Lux
3	LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, beztieňové		Áno	
4	Priemer hlavy lampy hlavná lampa	max. 600 mm	Áno	585 mm
5	Rozsah regulácie osvetlenia	30 - 100 %	Áno	40000-160000 (30-100%)
6	Endolight		Áno	
7	Rozsah regulácie teploty farby	3500-5000 K	Áno	3500-5500K
8	Synchronizácia nastavenia oboch svetidiel		Áno	
9	Ra index	min. 96	Áno	96
10	R9 index	min. 96	Áno	96
11	Celkové tepelné žiarenie	max. 550 W/m2	Áno	510 W/m2
12	Tepelné žiarenie	max. 4 mW/m2lux	Áno	3.19 mW/m2lux
13	Živostnosť LED	min. 60 000 hod.	Áno	min. 60 000
14	Maximálna celková spotreba hlavy lampy	60 W	Áno	32 W
15	Minimálny priemer svetelného poľa (d10) pri vzdialenosti 1 m	170 mm	Áno	170 mm
16	Maximálny priemer svetelného poľa (d10) pri vzdialenosti 1 m	300 mm	Áno	280 mm
17	Pomer d50/d10	min. > 0,6	Áno	0.5-0.6
18	Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 20% Ec	min. 900 mm	Áno	1000 mm
19	Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 60% Ec	min. 500 mm	Áno	520 mm
20	Zostávajúce osvetlenie pri zatínení tubusom	min. 50 %	Áno	56%
21	Zostávajúce osvetlenie pri zatínení tubusom a 2 maskami	min. 45 %	Áno	48%
22	Ovládanie pomocou tabletu, nástenného panelu bezkáblovo		Áno	
23	Sterilné ovládanie tabletu pomocou sterilných nálepkov		Áno	
24	Trieda krytia	min. IP54	Áno	IP54
25	Možnosť sterilného ovládania fokusu na sterilnej rukoväti		Áno	
P.č.	Technická špecifikácia - satelit	Hodnota technického parametra	Áno/Nie	Hodnota (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
26	Satelitné svetidlo so svietivosťou	min. 160 000 lux	Áno	160 000 Lux
27	LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, beztieňové		Áno	
28	Priemer hlavy lampy	max. 600 mm	Áno	585 mm
29	Rozsah regulácie osvetlenia	30 - 100 %	Áno	40000-160000 (30-100%)
30	Endolight		Áno	
31	Rozsah regulácie teploty farby	3500 - 5000 K	Áno	3500-5500K
32	Synchronizácia nastavenia oboch svetidiel		Áno	
33	Ra index	min. 96	Áno	96
34	R9 index	min. 96	Áno	96
35	Celkové tepelné žiarenie	max. 550 W/m2	Áno	510 W/m2
36	Tepelné žiarenie	max. 4 mW/m2lux	Áno	3.19 mW/m2lux
37	Živostnosť LED	min. 60 000 hod.	Áno	min. 60 000
38	Maximálna celková spotreba hlavy lampy	60 W	Áno	32 W
39	Minimálny priemer svetelného poľa (d10) pri vzdialenosti 1 m	170 mm	Áno	170 mm
40	Maximálny priemer svetelného poľa (d10) pri vzdialenosti 1 m	280 mm	Áno	280 mm
41	Pomer d50/d10	min. > 0,6	Áno	0.5-0.6
42	Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 20% Ec	min. 900 mm	Áno	1000 mm
43	Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 60% Ec	min. 500 mm	Áno	520 mm
44	Zostávajúce osvetlenie pri zatínení tubusom	min 50 %	Áno	56%
45	Zostávajúce osvetlenie pri zatínení tubusom a 2 maskami	min. 45 %	Áno	48%

46	Ovládanie pomocou tabletu, nástenného panelu bezkáblovo		Áno	
47	Sterilné ovládanie tabletu pomocou sterilných návlekov		Áno	
48	Trieda krytia	min. IP54	Áno	IP54
49	Možnosť sterilného ovládania fokusu na sterilnej rukoväti		Áno	

Vysvetlenie:

- uchádzač vyplní v tabuľke len silno sivé polia a text v červenom
- cenový ponuku zaokrúhľovať na dve desatinné miesta !

V Bratislave, dňa 21.7.2025



Príloha č. 2 - Cenová ponuka a technická špecifikácia - operačná lampa pre gynekologické operačné sály

Názov a číslo prieskumu trhu:	Operačná lampa, pod č. 8/2025/PT		
Obchodný názov:	Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého, Dolný Kubín	Obchodný názov:	Nimag spol. s r.o.
Sídlo:	Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín	Sídlo:	Prievozská 4/B, Bratislava
IČO:	00634905	IČO:	31337775
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa:	PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng	Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať:	Ing. Lubomír Magula
E-mail:	obstaravanie@donsp.sk	Platca DPH:	Áno / SK2020343391

Miesto plnenia:		CENTRÁLNE OPERAČNÉ SÁLY						
P.č.	Názov položky	Obchodný názov ponúkaného tovaru (názov a typové označenie prístroja)	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Operačná lampa pre gynekologické operačné sály	Evollight 600/600	ks	1	16 281,75 €	16 281,75 €	23%	20 026,55 €
Celková cena za operačnú lampu na centrálne gynekologické operačné sály bez DPH a s DPH						16 281,75 €		20 026,55 €

P.č.	Technická špecifikácia	Hodnota technického parametra	Áno/Nie	Hodnota (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
1	Dvojramenná operačná lampa so satelitom montovaná na strop s možnosťou rozšírenie o tretie rameno			
2	Hlava lampy pre hlavné svetidlo so svetivosťou	min. 160 000 lux	Áno	160 000 Lux
3	LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, beztieňové		Áno	
4	Priemer hlavy lampy hlavná lampa	max. 600 mm	Áno	585 mm
5	Rozsah regulácie osvetlenia	30 - 100 %	Áno	40000-160000 (30-100%)
6	Endolight		Áno	
7	Rozsah regulácie teploty farby	3500-5000 K	Áno	3500-5500K
8	Synchronizácia nastavenia oboch svetidiel		Áno	
9	Ra index	min. 96	Áno	96
10	R9 Index	min. 96	Áno	96
11	Tepelné vyžarovanie	max. 550 W/m ²	Áno	510 W/m ²
12	Tepelné vyžarovanie	max. 4 mW/m ² lux	Áno	3.19 mW/m ² lux
13	Živnosť LED	min. 60 000 hod	Áno	min. 60 000
14	Maximálna celková spotreba hlavy lampy	60 W	Áno	32 W
15	Minimálny priemer svetelného poľa (d10) pri vzdialenosti 1 m	170 mm	Áno	170 mm
16	Maximálny priemer svetelného poľa (d10) pri vzdialenosti 1 m	300 mm	Áno	280 mm
17	Pomer d50/d10	min. > 0,6	Áno	0.5-0.6
18	Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 20% Ec	min. 900 mm	Áno	1000 mm
19	Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 60% Ec	min. 500 mm	Áno	520 mm
20	Zostávajúce osvetlenie pri zatičení tubusom	min. 50 %	Áno	56%
21	Zostávajúce osvetlenie pri zatičení tubusom a 2 maskami	min. 45 %	Áno	48%
22	Ovládanie pomocou tabletu, nástenného panelu bezkáblovo		Áno	
23	Sterilné ovládanie tabletu pomocou sterilných návlekov		Áno	
24	Bezdrôtové nabíjanie tabletu	min. IP54	Áno	
25	Trieda krytia		Áno	IP54
26	Možnosť sterilného ovládania fokusu na sterilnej rukoväti		Áno	
Technická špecifikácia - satelit		Hodnota technického parametra	Áno/Nie	Hodnota (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)
27	Satelitné svetidlo so svetivosťou	min. 160 000 lux	Áno	160 000 Lux
28	LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, beztieňové		Áno	
29	Priemer hlavy lampy	max. 600 mm	Áno	585 mm
30	Rozsah regulácie osvetlenia	30 - 100 %	Áno	40000-160000 (30-100%)
31	Endolight		Áno	
32	Rozsah regulácie teploty farby	3500 - 5000 K	Áno	3500-5500K
33	Synchronizácia nastavenia oboch svetidiel		Áno	
34	Ra index	min. 96	Áno	96
35	R9 Index	min. 96	Áno	96
36	Tepelné vyžarovanie	max. 550 W/m ²	Áno	510 W/m ²
37	Tepelné vyžarovanie	max. 4 mW/m ² lux	Áno	3.19 mW/m ² lux
38	Živnosť LED	min. 60 000 hod	Áno	min. 60 000
39	Maximálna celková spotreba hlavy lampy	60 W	Áno	32 W
40	Minimálny priemer svetelného poľa (d10) pri vzdialenosti 1 m	170 mm	Áno	170 mm
41	Maximálny priemer svetelného poľa (d10) pri vzdialenosti 1 m	280 mm	Áno	280 mm
42	Pomer d50/d10	min. > 0,6	Áno	0.5-0.6
43	Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 20% Ec	min. 900 mm	Áno	1000 mm
44	Hĺbka osvetlenia (L1+L2) pri 60% Ec	min. 500 mm	Áno	520 mm

45	Zostávajúce osvetlenie pri zatičení tubusom	min. 50 %	Áno	56%
46	Zostávajúce osvetlenie pri zatičení tubusom a 2 maskami	min. 45 %	Áno	48%
47	Ovládanie pomocou tabletu, nástenného panelu bezkáblovo		Áno	
48	Sterilné ovládanie tabletu pomocou sterilných návlekov		Áno	
49	Bezdrôtové nabíjanie tabletu		Áno	
50	Trieda krytia	min. IP54	Áno	IP54
51	Možnosť sterilného ovládania fokusu na sterilnej rukoväti		Áno	

Vysvetlenie:

- uchádzač vyplňa v tabuľke len silno sivé polia a text v červenom
- cenovú ponuku zaokrúhľovať na dve desatinné miesta !

V Bratislave, dňa 21.7.2025

ICO: 31 337 775 DIČ: 2020343391
 IČ DPH: 9K2020343391